## 使用手順



01

検体情報を記入します。




02

校正のため、使用前にポンプを軽く2回押してください。



03

上部キャップを反時計回りに回して開きます。



04

綿棒をチューブの内壁に軽くたたきつけ、余分な液体を取り除きます。その後、綿棒を取り出します。



05

検査する場所を綿棒で拭き、サンプルを採取します。



06

チューブに戻し、上部キャップを時計回りに回して閉めます。



07

しっかりと閉めたあと、軽く左右に振ります。



08

チューブを反対にし、下部キャップを開けます。



09

ゆっくりと接種面に対して倒立させ、ポンプを強く1回押し1 mL分注します。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| 内容物 | 滅菌生理食塩水 |
| 照射処理 | γ線照射 |
| 容量 | 10 mL |
| 保管方法 | 直射日光を避けて2～25℃で保管 |
| 使用期限 | 製造より14ヶ月 |

＜注意点＞

- 操作時は拭き取り部やピペット先端に触れないようご注意ください。
- 使用後は法令に従い廃棄してください。

## その他サンプルハンドリング製品

**食品検体用の希釈に**

滅菌希釈水
（リン酸緩衝生理食塩水）
9 mL/90 mL

**食中毒菌のふき取り検査に**

ふき取り用ワイドスペクトル中和緩衝液含浸スクラブサンプラースティック/スクランブサンプラー

NEOGEN、ペトリフィルムは、ネオジェン社の商標です。

**ネオジェンジャパン株式会社**
https://neogen.jp/

NEO-399-C

Please Recycle. Printed in Japan.
© Neogen Corporation. All rights reserved.